

Reinigingsmiddel met oxiderende werking

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk in de microbiologie, virologie, nucleaire geneeskunde en in de voedingsmiddelen- en verfindustrie.
Tevens voor glaswerk in apotheken.

EIGENSCHAPPEN:

- Bevat geen tensiden
- Verwijdert voedingsbodemresten, bloed, eiwit, radioactieve besmettingen, resten van weefselculturen en celbodems.
- Bijzonder geschikt voor het reinigen van glaswerk voor weefselculturen alsmede voor toepassingen in de microbiologie en nucleaire geneeskunde waarbij geen deeltjes op het materiaal achter mogen blijven.
- Oxidatieve werking dankzij de aanwezigheid van actiefchloor
- Geschikt voor glas, keramiek, kwarts en kunststof

DOSERING/GEBRUIK:

- **Algemeen:** **3 - 4** ml/l
- Reiniging van **kweekglazen, reageerbuizen en infuusflessen:**
 - *Reiniging:* **3 - 4** ml/l neodisher® **LaboClean FT** bij een temperatuur van **80 - 85 °C**
 - *Neutralisatie:* **2-3** ml/l neodisher® **N** of neodisher® **Z**
- **Verwijderen van voederresten:**
 - *Voorspoeling:* indien nodig **0,1** ml/l neodisher® **EM** toevoegen
 - *Reiniging:* **2 - 3** ml neodisher® **FT**, indien nodig **0,1** ml/l neodisher® **EM** toevoegen
 - *Neutralisatie:* **1- 2** ml neodisher® **N**
- **Verwijderen van groenten- en fruitresten:**
 - *Voorspoeling:* **2** ml/l neodisher® **FT (koud)**
 - *Reiniging:* **3 - 4** ml neodisher® **FT** bij een temperatuur van **60 - 85 °C**
Bij *schuimvorming* neodisher® **ontschuimer S** toevoegen.
 - *Neutralisatie:* **1- 2** ml neodisher® **N**
- **Verwijderen van textielverfstoffen:**
 - *Voorspoeling* bij *alkalische* kleurstoffen : **1** g/l neodisher® **Super**
 - *Voorspoeling* bij *andere* kleurstoffen : **2** ml/l neodisher® **FT**
 - *Reiniging:* **3 - 4** ml neodisher® **FT** bij een temperatuur van **ca. 70 °C**
 - *Neutralisatie:* **1- 2** ml/l neodisher® **N**

Gebruik voor de **reinigings**fase bij voorkeur **water** met een **totale hardheid** van maximaal **5 °d** (1 mmol/l)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean FT

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

Reinigingsmiddel met oxiderende werking

NB:

NIET GESCHIKT voor licht- en bontmetaal.

Gebruiksoپlossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met RO- of demiwater)

Niet vermengen met **andere** producten!

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen (let ook op de instructies van de fabrikant van de machine).

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,3 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 3-4 ml/l:	11,8 – 12,2
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 50 mPas
Houdbaarheid:	12 maanden (zie opslagcondities!)
Bruikbaar tot:	Zie de vermelding na het symbool ☞

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 % bleekmiddel op chloorbasis
- 5 – 15 % fosfaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum opslagtemperatuur:	Tussen 0 en 25 °C
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean FT

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

Reinigingsmiddel met oxiderende werking

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **1719**

BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF (N.E.G.), 8-II, (natriumhypochloriet, kalium- en/of natriumhydroxide)

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn **99/45/EC**

Gevarensymbool:	C N Bevat:	bijtend milieugevaarlijk kaliumhydroxide, natriumhypochloriet (1- 5% actiefchloor)
Bijzondere gevaren:	R 35 R 50	Veroorzaakt ernstige brandwonden. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 50 S 26 S 27 S 28 S36/37/39 S 45 S 61	Niet vermengen met Zuur Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen.

Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean FT

Dr. Weigert Nederland BV
Postbus 865
9400 AW ASSEN
Tel.: 0592 319 393
Fax: 0592 310 117
e-mail: info@drweigert.nl
web site: www.drweigert.nl

Reinigingsmiddel met oxiderende werking

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
410030	12 kg
410026	25 kg
410033	5 l (compact can)

Versie: 07-09-2011 (vervangt versie: 01-06-2011)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.