




Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten Flüssigkonzentrat



Anwendungsbereich:

- Maschinelle Reinigung von Dentalinstrumenten inklusive Übertragungsinstrumenten sowie zahnärztlichen Utensilien wie Trays, Mundspülbecher und Nierenschalen
- Manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten im Tauch- und Ultraschallbad

Leistungsspektrum:

- Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Bewirkt eine starke Abreicherung organischen Materials und verhindert die Redeposition von Proteinrückständen
- Unterstützt das Entfernen von Biofilmen
- Geeignet für Dentalinstrumente und zahnärztliche Utensilien aus nicht rostendem Stahl, üblichen Kunststoffen sowie Materialien von Übertragungsinstrumenten
- Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen

Besondere Eigenschaften:

- Sehr gute Materialschonung
- Erstklassige Reinigungsleistung aufgrund der einzigartigen Formulierung auf Basis von Alkalitätsspendern, Tensiden und Enzymen
- Bei Verwendung zur manuellen Vorreinigung ist für die nachfolgende maschinelle Aufbereitung mit neodisher MediClean Dental kein Abspülen der Reinigerlösung notwendig

- Kennzeichnungsfrei: kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut

Anwendung und Dosierung:

neodisher MediClean Dental kann in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie im Tauch- und Ultraschallbad eingesetzt werden. Die Dosiermenge ist u.a. vom Verschmutzungsgrad des Spülgutes abhängig.

Folgende Parameter werden bei der Anwendung von neodisher MediClean Dental empfohlen:

Maschinelle und manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten:

| | |
|--|--|
| Maschinelle Reinigung von Dentalinstrumenten | 2 - 10 ml/l (0,2 - 1,0 %)*, 40 - 60 °C, 5 - 10 min |
| Manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten im Tauch- und Ultraschallbad | 5 - 20 ml/l (0,5 - 2 %)*, max. 40 °C, 10 - 30 min |

* die Dosiermenge ist u.a. vom Verschmutzungsgrad abhängig

Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.

Reste von Komposit, Zahnzement und Abdruckmassen sind vor dem Aushärten von den Instrumenten zu entfernen.

Im Reinigungsschritt sowie in der Schlusspülung wird die Verwendung von vollentsalztem Wasser empfohlen. Bei Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung werden Wasserflecken vermieden und gleichzeitig eloxiertes Aluminium geschützt.



Die Anwendungslösung für die manuelle Reinigung ist mindestens arbeitstäglich zu erneuern und bei sichtbarer Verunreinigung zu wechseln.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen
- Nicht mit anderen Produkten mischen
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Die neodisher MediClean Dental-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Aufbereitung von Medizinprodukten: Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten

Technische Daten:

| | |
|---------------|--|
| pH-Wert | 10,4 - 10,8 (2 - 10 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) In Stadtwasser oder enthärtetem Wasser sowie durch z.B. verschlepptes Vorspülwasser, kann der pH-Wert abweichen |
| Dichte | ca. 1,1 g/cm ³ (20 °C) |
| Viskosität | < 10 mPa s (Konzentrat, 20 °C) |
| Titrierfaktor | 0,77 (nach neodisher MediClean Dental-Titrieranleitung) |

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EU-Detergenzien-Verordnung:
< 5 % nichtionische und anionische Tenside außerdem Enzyme

CE-Kennzeichnung:

neodisher MediClean Dental erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lagerhinweise:

Kühl, aber frostfrei lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 °C und 25 °C einzuhalten. Vor Sonnenlicht schützen. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu einer Farbveränderung kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beeinflusst.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

neodisher MediClean Dental ist kein Gefahrstoff gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

MB 4053 / 3-3
Stand: 03/25