neodisher endo® MED

Détergent désinfectant pour le prétraitement manuel d'endoscopes flexibles

Concentré liquide

Domaine d'application :

Prétraitement désinfectant des endoscopes flexibles et du matériel endoscopique dans des bains de trempage ou à ultrasons

Spectre d'efficacité :

- Efficacité bactéricide, levuricide et contre les virus enveloppés (y compris VHB, VHC et VIH)
- Efficacité désinfectante testée et validée conformément aux normes européennes ainsi qu'aux méthodes VAH[1]
- Activité virucide contre les virus enveloppés testée et validée également conformément aux méthodes RKI/DVV[2]
- Compatible avec l'acier inoxydable, l'aluminium anodisé, les métaux non ferreux (cuivre et laiton), les matières plastiques (y compris le silicone)
- Listé VAH[1]
- Inscrit sur la liste des désinfectants de l'IHO[3]

Propriétés particulières :

- Très bon pouvoir détergent, ne fixe pas les protéines
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Sans aldéhydes et sans alkylamines
- Sans substances actives désinfectantes CMR[4]
- Compatible avec des désinfectants contenant des aldéhydes ou de l'acide peracétique

Utilisation et dosage :

neodisher endo MED s'utilise dans les bains de trempage ou à ultrasons. Préparer une solution d'application neodisher endo MED selon la concentration indiquée ci-dessous. Immerger les endoscopes ou le matériel dans la solution d'application en respectant la durée d'action indiquée ci-après, conformément aux indications du fabricant. Toutes les surfaces doivent être entièrement mouillées par la solution d'application. Éliminer les bulles d'air. En bain à ultrasons, ne pas dépasser la durée d'exposition indiquée par les fabricants des instruments. Rincer ensuite soigneusement la solution d'application neodisher endo MED avant de poursuivre le traitement des endoscopes ou du matériel. Pour obtenir le spectre d'efficacité microbiologique précité, les paramètres suivants doivent être respectés :

Recommandation d'utilisation (20 °C)	
Prétraitement désinfectant	10 ml/l (1,0 %), 15 min
Activité bactéricide (VAH[1], EN 13727, EN 14561), condition de saleté	10 ml/l (1,0 %), 15 min
Activité levuricide (VAH[1], EN 13624, EN 14562), condition de saleté	10 ml/l (1,0 %), 15 min
Activité virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB, VHC, VIH) (EN 14476, EN 17111), condition de saleté	10 ml/l (1,0 %), 5 min
Activité virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB, VHC, VIH) (RKI/DVV[2]), condition de saleté	10 ml/l (1,0 %), 15 min

- Il est conseillé de préparer la solution d'application neodisher endo MED en utilisant de l'eau adoucie ou de l'eau douce d'une dureté inférieure à 3 °dH. La dureté de l'eau ne doit pas dépasser 20 °dH.
- Utilisable pour l'essuyage des endoscopes flexibles directement après l'examen (bedside cleaning) en association avec le distributeur de lingettes non tissées neoform wipes RTF. Vous trouverez les conseils d'utilisation dans le dépliant « neodisher endo MED en association avec neoform wipes RTF – pour l'essuyage des endoscopes flexibles bedside cleaning ».

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.com

- La stabilité de la solution d'application non utilisée est de 28 jours. Des solutions d'application contaminées doivent en revanche être immédiatement remplacées tous les jours ou en cas de salissure visible selon les recommandations de la KRINKO[5] et du BfArM[6].
- Pour le traitement consécutif en machine, nous recommandons le détergent enzymatique alcalin neodisher endo CLEAN et les désinfectants neodisher endo SEPT PAC ou neodisher endo SEPT GA.

Recommandations générales d'utilisation :

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Il est recommandé de porter systématiquement des gants lors de la manipulation de désinfectants.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons d'utiliser des systèmes de dosage tels que le système de dosage pour désinfectants neomatik mediDOS. N'hésitez pas à nous contacter.
- La solution d'application neodisher endo MED doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence à l'eau déminéralisée).
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.
- Ne pas transvaser dans d'autres récipients, flacons, etc.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Expertises :

Ces expertises sont disponibles sur demande.

Données techniques :

Valeur pH	6,1 – 6,0 (5 – 15 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,0 g/cm³ (20 °C)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 : < 5 % de tensioactifs non ioniques, et désinfectants Substances actives par 100 g : 18 g n,n-Didecyl-n-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionate

Marquage CE : CE MD 0297

neodisher endo MED satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole ⌛.

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celle-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. En ce qui concerne l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 4210/3-3 Version 09/22

1 Verbund für Angewandte Hygiene (Association allemande pour l'hygiène appliquée)
2 Institut Robert-Koch/Société allemande de lutte contre les maladies virales
3 Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces
4 Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction [Carcinogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction]
5 Commission pour l'hygiène des hôpitaux et la prévention des infections auprès de l'Institut Robert Koch
6 Institut fédéral allemand pour les médicaments et les produits médicaux

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.com